



UF: MG
 Município: LAGOA GRANDE
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 001288 / 0001

Data: 25/06/2020

Emitida por Erica

Empenho: 003436 de 25/06/2020

Endereço: Rua Manoel Calango, 172 - CEP: 38755-000 - Bairro: Centro
 C.N.P.J.: 23.097.454/0001-28 Inscrição Estadual: ISENT0
 gabinete@lagoagrande.mg.gov.br

Tel / Fax: 3438162900

Número Processo: 000079 / 2020 Número do Contrato: 000122 / 2020 Cotação de
 Data: 22/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0003 / 2020
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO E EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19

Fornecedor: 013992 - MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-EPP

CNPJ 22.460.323/0001-09 I.E.: Contato:
 Endereço: AV MARCOS FREITAS COSTA Nr. 441 Compl.: Não informado
 CEP: 38400-328 Bairro: DANIEL FONSECA Cidade: UBERLANDIA UF: MG
 Telefone: (34)99136-1824 Fax: Email: wesley@medtecnet.com.br

Ficha: 00654
 Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Funcional Programatica: 10.301.1003.2714 Enfrentamento da Emergência da COVID19
 Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
 Desdobramento: 04 Apar., Eq., Utens. Méd.-odont., Lab.Hosp.
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	093811	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de Infusão volumétrica microprocessada, para uso em paciente adulto ou pediátrico, painel com no 8 teclas funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português ou Inglês, software interativo com sistema de programação seqüencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões críticas . Possui ícones visuais para indicação do status da infusão, indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais freqüentes, painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, mensagens de orientação ao usuário durante a programação, funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em USB ou Infravermelho. Parâmetros numéricos de programação, seleção e desempenho: Programação do volume de 1a 9.999 ml (adulto, com incrementos de 1,0 ml); Programação do volume de 0,1a 999,9 ml (Ped, com incrementos de 0,1 ml); Programação de fluxo de 1 a 999ml/h (adulto	UN	2.0000	5.700.0000	11.400.0000

Especificação: BOMBA DE INFUSÃO
 Bomba de Infusão volumétrica microprocessada, para uso em paciente adulto ou pediátrico, painel com no 8



UF: MG
Município: LAGOA GRANDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001288 / 0001

Data: 25/06/2020

Emitida por Erica

Empenho: 003436 de 25/06/2020

Endereço: Rua Manoel Calango, 172 - CEP: 38755-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 23.097.454/0001-28 Inscrição Estadual: ISENT0
gabinete@lagoagrande.mg.gov.br

Tel / Fax: 3438162900

Número Processo: 000079 / 2020 Número do Contrato: 000122 / 2020 Cotação de
Data: 22/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0003 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO E EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19

Fornecedor: 013992 - MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-EPP

CNPJ 22.460.323/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: AV MARCOS FREITAS COSTA Nr. 441 Compl.: Não informado
CEP: 38400-328 Bairro: DANIEL FONSECA Cidade: UBERLANDIA UF: MG
Telefone: (34)99136-1824 Fax: Email: wesley@medtecnet.com.br

Ficha: 00654
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 10.301.1003.2714 Enfrentamento da Emergência da COVID19
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
Desdobramento: 04 Apar., Eq., Utens. Méd.-odont., Lab.Hosp.
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

teclas funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português ou Inglês, software interativo com sistema de programação seqüencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões críticas. Possui ícones visuais para indicação do status da infusão, indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais freqüentes, painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, mensagens de orientação ao usuário durante a programação, funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em USB ou Infravermelho. Parâmetros numéricos de programação, seleção e desempenho: Programação do volume de 1 a 9.999 ml (adulto, com incrementos de 1,0 ml); Programação do volume de 0,1 a 999,9 ml (Ped, com incrementos de 0,1 ml); Programação de fluxo de 1 a 999ml/h (adulto com incrementos de 1ml/h); Programação de fluxo de 0,1 a 99,9ml/h (Ped com incrementos de 0,1ml/h); Biblioteca de drogas com 23 rótulos e Peso: 2,8 kg. Dimensões: 182 x 151 x 184 mm. Alimentação elétrica :115 a 230V ~. Frequência de operação: 50/60 hz. Consumo Max :60 VA. Funcionamento em bateria por um período mínimo de 3 horas em fluxo de 125ml/h. KVO programável de ...0,1 a 5,0 mL. Bolus com volume programável de até 60 mL p/ Adulto e de 30 mL p/ Pediatria. Velocidade de bolus / purgar equipo = 999 ml/h adulto e 99,9 ml/h pediátrico. Limite de tempo de programação :mínimo 00h00min01s e máximo de 99h59min59s. Limites de pressão de infusão: 15 PSI (776 mmhg). Sensibilidade sensor de ar: de 0,05 ml. Precisão: 95%. (erro máximo 5%). Funções especiais :Auto teste; Preenchimento do equipo; Bolus Hands off (sem a necessidade de ficar pressionando a tecla bolus); Seleção do nível do alarme sonoro; Seleção do nível de pressão de oclusão; Seleção de medicamento com 23 opções de etiquetas; Seleção de rotina para "transporte"; Seleção de rotina para "enteral" através do menu de medicamentos; Seleção de pausa de infusão com e sem KVO; Zerar volume infundido parcial e total acumulado; Travar teclado; Identificação de equipo instalado em aparelhos com corta fluxo eletrônico; Memória dos dados da ultima infusão em memória flash (tempo indefinido); Monitoramento do



UF: MG
Município: LAGOA GRANDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001288 / 0001

Data: 25/06/2020

Emitida por Erica

Empenho: 003436 de 25/06/2020

Endereço: Rua Manoel Calango, 172 - CEP: 38755-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 23.097.454/0001-28 Inscrição Estadual: ISENT0
gabinete@lagoagrande.mg.gov.br

Tel / Fax: 3438162900

Número Processo: 000079 / 2020 Número do Contrato: 000122 / 2020 Cotação de
Data: 22/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0003 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO E EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19

Fornecedor: 013992 - MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-EPP

CNPJ 22.460.323/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: AV MARCOS FREITAS COSTA Nr. 441 Compl.: Não informado
CEP: 38400-328 Bairro: DANIEL FONSECA Cidade: UBERLANDIA UF: MG
Telefone: (34)99136-1824 Fax: Email: wesley@medtecnet.com.br

Ficha: 00654
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 10.301.1003.2714 Enfrentamento da Emergência da COVID19
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
Desdobramento: 04 Apar., Eq., Utens. Méd.-odont., Lab.Hosp.
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

nível de carga da bateria; Mudança rápida do fluxo sem parar o aparelho (tritation); Repetição da programação; Armazenagem dos últimos 2000 registros de eventos; Ajuste de luminosidade e contraste no painel principal. ALARMES : Completo sistema de alarmes e pré alarmes visuais e sonoro para: Ar na linha; Finalizando a infusão; Fim de infusão; Oclusão superior; Oclusão inferior; Porta aberta; Excesso de gotas; Conexão ou desconexão da rede elétrica; Excesso de gotas; KVO e Nível baixo de carga da Bateria. Acessórios do equipamento: Cabo de energia escamoteável e Sensor de gotas. Produto certificado de acordo com as normas técnicas IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-2-24.

Apresentação: caixa de papelão contendo uma unidade.

Garantia:

1 ano a partir da data de emissão da NF.

Procedência: Nacional - Brasil. Registro ANVISA N°.: 10390410037

Valor Total: 11.400.00 (Onze mil e quatrocentos reais.)

FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE-MG.
CONFORME CONTRATO Nº 122/2020.